

**RDO n. 3851060 nel MEPA di Consip per l'affidamento della fornitura di n. 3 analizzatori automatici in continuo di BTEX e stirene per il monitoraggio della qualità dell'aria nel Veneto**  
**CIG A02B393553 - CUP J79I22000540003 (PG Giada – 1329 – per n. 2 BTEX)**

**VERBALE DI GARA seduta riservata del 13/12/2023**

**Il giorno 13/12/2023 alle ore 9:30, i signori:**

- Dott.ssa Giovanna Marson , Dirigente presso la U.O. Monitoraggio Aria
- Dott. Andrea Celadon, Collaboratore Tecnico Professionale presso la U.O. Monitoraggio Aria
- Dott.ssa Silvia Rebeschini, Collaboratore Tecnico Professionale Esperto, titolare di incarico di funzione presso la U.O. Monitoraggio Aria

Nominati, con Delibera del Direttore Generale n. 250 del 06/12/2023, rispettivamente Presidente e Componenti della Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, si riuniscono da remoto, tramite la piattaforma google meet, per l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla ditta Orion Srl. La Commissione verifica che l'offerta tecnica prodotta dalla Ditta Orion Srl risulta conforme alle caratteristiche tecniche minime indicate nella Scheda Tecnica allegata al Capitolato e pertanto procede alla valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta e all'attribuzione del punteggio, come di seguito riportato:

Descrizione	Punti	D/T
Durata del corso di formazione superiore al minimo richiesto (4h): n. 2 punti per ogni ora aggiuntiva fino ad un massimo di 6 punti.  <i>Commissione: la ditta dichiara di fornire un corso di formazione di 7 ore, pertanto viene attribuito il punteggio massimo</i>	6	T
Estensione della garanzia superiore al minimo richiesto (12 mesi). Per ogni anno di estensione della garanzia, oltre il minimo richiesto, 5 punti fino ad un massimo di 4 anni aggiuntivi.  <i>Commissione: la ditta dichiara la garanzia standard di 12 mesi (requisito minimo) come richiesto dal capitolato, pertanto vengono attribuiti 0 punti</i>	0	T
Generatore d'aria con compressore interno al fine ottimizzare gli ingombri.  <i>Commissione: il modello di generatore proposto dalla ditta ha il compressore interno, pertanto viene attribuito il punteggio massimo</i>	10	T
Presenza di pompa di campionamento a membrana con misura e regolazione del volume campionato attraverso MFC digitale.  <i>Commissione: la ditta dichiara che lo strumento proposto dispone della misura e regolazione del volume mediante MFC digitale, pertanto viene attribuito il punteggio massimo</i>	10	T
Uscite segnali digitali di stato (on/off): n. 1 punto per ogni segnale digitale acquisibile dal datalogger fino ad un massimo di 5 punti.  <i>Commissione: la ditta dichiara che lo strumento dispone di n. 16 uscite digitali di stato, pertanto viene attribuito il punteggio massimo</i>	5	T
Tempi di intervento in garanzia inferiore al minimo richiesto.	0	T

<i>Commissione: la ditta dichiara che i tempi di intervento saranno di 4 giorni al massimo (requisito minimo richiesto dal capitolato), pertanto vengono attribuiti 0 punti</i>		
Test previsti dal DM 30 marzo 2017 eseguiti in stazione anziché in laboratorio.	7	T
<i>Commissione: la ditta dichiara che i test previsti dal DM 30 marzo 2017 saranno eseguiti in stazione anziché in laboratorio, pertanto viene attribuito il punteggio massimo.</i>		
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	<b>38/70</b>	

L'offerta proposta dalla ditta ha superato la soglia di sbarramento prevista dall'art. 18.1 del Disciplinare.

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara conclusi i lavori e dispone la convocazione della Commissione per il giorno 15/12/2023 alle ore 13.00 per l'apertura, in seduta pubblica telematica, della busta di offerta economica presentata dalla concorrente.

Letto, approvato e sottoscritto


Padova, lì 13/12/2023

La Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Giovanna Marson

Dott. Andrea Celadon

Dott.ssa Silvia Rebeschini



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**  
COLORE DI / MINORITÀ IT  
**VICENZA**

  
COGNOME / SURNAME  
**CELADON**  
NOME / NAME  
**ANDREA**  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH  
**VICENZA (VI) 09.07.1962**  
SESSO  
**M**  
STAGIONE  
**185**  
ES-SSCODE / ASSURIM  
**13.08.2019**  
PRIMA DEL TITOLARE  
PREVIOUS SIGNATURE  


  
RICHIESTA  
**CA53528EU**  
VALIDITY  
**09.07.2030**  
**965788**

