

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, in sette lotti, di strumentazione analitica da laboratorio comprensiva del servizio di manutenzione

Lotto 2 - Chiarimenti, risposte e/o rettifiche a quesiti di interesse generale – 1 quesito del 16/03/2020

Quesito: Su Scheda Tecnica del Lotto 2 – B.4 Requisiti del sistema di gestione informatico strumentale - Punto 9:

In riferimento a quanto scritto nel Scheda Tecnica lotto n. 2, SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE, B.4 Requisiti del sistema di gestione informatico strumentale, PUNTO 9: Possibilità di identificare i campioni tramite lettura di codice a barre al fine di generare la sequenza analitica, si chiede, cortesemente, se la trascrizione “possibilità” di identificare i campioni tramite lettura di codice a barre, si debba intendere come potenziale upgrade futuro o se deve essere compresa nella fornitura.

Risposta: Nella fornitura deve essere compreso dispositivo per l'identificazione dei campioni tramite codice a barre.

Il Dirigente del
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
Dott.ssa Antonella Spolaore
(firmato digitalmente)