

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, in sette lotti, di strumentazione analitica da laboratorio comprensiva del servizio di manutenzione

Lotto 7 - Chiarimenti, risposte e/o rettifiche a quesiti di interesse generale – 1 quesito del 12/03/2020

Quesito : **Su Scheda Tecnica del Lotto 7 – Punto G4:**

Con riferimento alla Scheda Tecnica del Lotto 7: Al punto G4, si chiede la fornitura di 2 software di gestione, per controllo completo di tutti i i moduli dello strumento e dei programmi di estrazione, con disponibilità di licenze e manuali d'uso. Si chiede di specificare se è necessaria la fornitura di 2 Personal Computer e 2 Software di gestione strumentale, o se è sufficiente che i 2 estrattori memorizzino autonomamente i parametri di estrazione attraverso un programmatore interno agli stessi sistemi.

Risposta: *E' sufficiente che gli estrattori memorizzino internamente i programmi e gestiscano tutte le funzionalità della macchina con un apposito programma interno alla strumentazione stessa, l'interfaccia può essere parte strutturale dello strumento.*

Il Dirigente del
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
Dott.ssa Antonella Spolaore
(firmato digitalmente)