

Procedura aperta per l'affidamento, in 15 lotti, della fornitura quadriennale di materiali d'uso e prodotti di consumo da laboratorio per analisi ambientali e sanitarie

Risposte a quesiti di interesse generale pubblicate il 28/04/2026

COMUNICATO n. 3

Quesito n. 3 del 22/04/2026 - RICHIESTA CHIARIMENTI - lotto 10

Quesito In riferimento al Lotto 10, si chiede cortesemente di specificare le concentrazioni richieste per le soluzioni custom relative alle seguenti posizioni:

- posizione 1 - Vs. rif. cod. AREA S 12288
- posizione 4 - Vs. rif. cod. AREA S 12790
- posizione 5 - Vs. rif. cod. AREA S 12794
- posizione 6 - Vs. rif. cod. AREA S 12798

Risposta: In merito al quesito posto, di seguito si specificano le concentrazioni richieste per le soluzioni custom relative alle seguenti posizioni:

- posizione 1 - Vs. rif. cod. AREA S 12288: concentrazione 2000 mg/L
- posizione 4 - Vs. rif. cod. AREA S 12790: concentrazione 100 mg/L
- posizione 5 - Vs. rif. cod. AREA S 12794: concentrazione 100 mg/L
- posizione 6 - Vs. rif. cod. AREA S 12798: concentrazione 100 mg/L

Quesito n. 4 del 23/04/2026 - RICHIESTA CHIARIMENTI di carattere generale

Quesito In merito alla domanda di partecipazione siamo a chiedere se, in caso di partecipazione a più lotti, ne va prodotta una per ogni lotto oppure può essere prodotta domanda di partecipazione unica per più lotti

Risposta: Come riportato nell'allegato 6 "Schema di domanda di partecipazione" della documentazione di gara si conferma che l'operatore economico presenta un'unica domanda per la partecipazione a più lotti, che andranno evidenziati nell'apposita tabella della prima pagina.
Solo nel caso di partecipazione a lotti diversi in più forme occorre presentare tante domande quante sono le diverse forme di partecipazione.
Analogamente potrà essere redatto un unico DGUE, purché la descrizione dei requisiti di capacità tecnica e professionale sia distinta per ciascun lotto, come stabilito all'art. 6.3 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 5 del 24/04/2026 - RICHIESTA CHIARIMENTI - lotto 9

Quesito 9393
MICROCYSTINE LF, 154037-70-4, 10UG/ML, MeOH - MICROCYSTINE LY, 123304-10-9, 10UG/ML, MeOH

9394

MICROCYSTINE LW, 157622-02-1, 10UG/ML, MeOH - MICROCYSTINE LY, 123304-10-9, 10UG/ML, MeOH

Indicare se è un refuso: si intende il componente singolo o la miscela dei due componenti per ogni riga?

Risposta: In merito al quesito posto, si precisa quanto segue:

9393 MICROCYSTINE LF, 154037-70-4, 10UG/ML, MeOH, 1,1 ML

9394 MICROCYSTINE LW, 157622-02-1, 10UG/ML, MeOH, 1,1 ML

Quesito 17211

DEET - IN FIALA (CAS 134-623)

Prodotto richiesto da 1ml, ma non è specificato se neat o in soluzione.

Risposta: In merito al quesito posto, si precisa quanto segue:

Solution, 100 µg/mL, in methanol

Quesito 17930

17β-Estradiol-2,3,4-13C3 solution 10 µg/mL in Acetonitrile

Attualmente fornibile solo da 100 µg/mL in acetonitrile oppure in polvere.

Risposta: In merito al quesito posto si conferma la concentrazione 10 µg/mL in Acetonitrile riportata nel modulo dettaglio offerta economica.

Quesito 17083

RIMSULFURON (122931-48-0) 1000 MG/L IN METANOLO

Molecola instabile a 1000ppm, consigliamo di inserire solo lo standard a 100ppm (vd codice AREAS 17801)

Risposta: In merito al quesito posto si conferma che la concentrazione richiesta è di 1000 mg/L in metanolo.

Quesito n. 6 del 24/04/2026 - RICHIESTA CHIARIMENTI - lotto 14

Quesito Visti i prezzi unitari delle voci richieste, si segnala che questi facciano riferimento ad un listino precedente (listino anno 2024) e non sono stati considerati gli aumenti annuali previsti. Per consentirci la partecipazione alla procedura di gara si chiede, pertanto, un incremento della base d'asta del 10%

Risposta: In merito al quesito posto si comunica che le condizioni di gara non sono modificabili.

Quesito n. 7 del 27/04/2026 - RICHIESTA CHIARIMENTI - lotto 8

Quesito In riferimento al Lotto 8, si chiede:

- Rif. Allegato 5 progetto di fornitura: L'importo a base d'asta di € 100.000 è annuale o è riferito al totale di 4 anni?

Risposta: Gli importi a base d'asta, di ciascun lotto, sono quadriennali.

Quesito In riferimento al Lotto 8, si chiede:

- Rif. Allegato 3 Scheda fabbisogni Lotto 8 - Riga 15: il codice Sigma indicato è inesatto, avremmo bisogno del codice corretto.

Risposta: FIALA ATTIVA PER CAMPIONAMENTO DI SOV A DESORBIMENTO TERMICO TIPO AIR TOXICS (Perkin Elmer N: N9307001 o equivalente).

La Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Dr.ssa Carla Albergoni