

Procedura aperta per l'affidamento, in 15 lotti, della fornitura quadriennale di materiali d'uso e prodotti di consumo da laboratorio per analisi ambientali e sanitarie

Risposte a quesiti di interesse generale pubblicate il 04/05/2026

COMUNICATO n. 4

Quesito n. 8 del 28/04/2026 - RICHIESTA CHIARIMENTI - lotto 10

Quesito Con riferimento al Lotto 10 della procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- posizione 32 - Nel file excel è indicata una confezione da **5,5 ml**, mentre nella descrizione dei componenti è riportata la configurazione **5 x 1 ml**.
Si chiede di confermare se sia ammessa l'offerta di confezione **5 x 1 ml**, oppure se debba essere rispettato il volume totale di 5,5 ml (es. 5 x 1,1 ml).
- posizione 34 - Il prodotto indicato (**ORGANICS IN MUSSEL TISSUE (MYTILUS EDULIS) NIST 1974C**) risulta, da verifiche di mercato, **fuori produzione**. Si chiede pertanto di chiarire:
 - se debba essere proposta **un'alternativa equivalente**, e in tal caso con quali caratteristiche minime;
 - oppure se la posizione possa essere **non quotata**.
- posizione 35 - Per la soluzione **PAH 16 componenti** non è specificato il solvente. Si chiede di confermare se sia accettabile una soluzione in **acetone**. Si chiede inoltre se sia possibile offrire una confezione da **1 ml**.

Risposta

- posizione 32 - si precisa che la confezione richiesta è da 5,5 ml (5 x 1,1 mL)
- posizione 34 - qualora il prodotto indicato fosse fuori produzione è possibile offrire il prodotto equivalente ai fini analitici denominato IAEA-435A
- posizione 35 - si precisa che il solvente da utilizzare è l'acetone e la confezione richiesta è di 1,1 ml

Quesito n. 9 del 28/04/2026 - RICHIESTA CHIARIMENTI - lotto 10

Quesito Con riferimento al Lotto 10 della procedura in oggetto, si sottopone il seguente chiarimento:

Posizione 18 - **rif. ARPAV 17377** (Standard custom SOV 2 mix – 23 analiti, da 2,39 a 4,76 % w/w).

- Si segnala che il totale delle concentrazioni riportate risulta pari a **102,34%**, anziché 100%. Inoltre, l'elenco comprende **24 composti** invece dei 23 attesi: in particolare, l'**n-pentano** risulta inserito due volte.
- Si ritiene pertanto necessario rivedere la percentuale in peso (w/w) dei singoli composti. Nello specifico, le voci attualmente indicate al **2,38%** dovrebbero

essere considerate pari al **2,39%**, includendo una sola volta l'n-pentano (al 2,39%), così da ricondurre correttamente il totale complessivo al 100%.

Risposta si precisa che la custom è costituita da 23 composti, le voci attualmente indicate al **2,38%** devono essere considerate pari al **2,39%** e che l'n-pentano deve essere incluso una sola volta

Quesito n. 10 del 29/04/2026 - RICHIESTA CHIARIMENTI - lotto 4

Quesito si richiedono i seguenti chiarimenti per il lotto 4:

- voci da 3 a 6: per tutti i 4 articoli si chiede di specificare se il tappo debba essere in plastica o vetro;
- voci da 7 e 8: per i 2 articoli si chiede se e' accettato un tappo in PE anziché in PP;
- voce 16: si chiede se la provetta debba essere in vetro o in plastica ed eventualmente che materiale;
- voce 36: si chiede se e' accettato il tappo in PE;
- voce 51: si chiede di specificare la misura della lama;
- voce 103: si chiede per entrambi i prodotti se debbano essere sterili o meno;
- voce 117: il puntale deve avere il filtro?
- voce 134: con che tappi vanno utilizzate? Duran in alluminio?
- voci 201 e 203: si chiede di specificare le dimensioni;
- 17969 Giara in Agata per Mulino Retsch RM 200 codice 02.460.0098 (dimensioni: diametro superiore 16 cm, base di 14 cm e altezza di 8 cm);
- 17971 Pestello in Agata per Mulino Retsch codice 02.461.0115 (dimensioni: diametro 6,5 cm e lunghezza totale comprensiva di perno in acciaio 12 cm)
- voce 244: si chiede di precisare il volume, 0,25-25 ml non sembra essere corretto, forse si intendeva 0,25-2,5 ml?
- voce 274: deve essere utilizzata per vetrini?
- voce 277: potete precisare se servono per stomacher?
- inoltre: tra i disegni allegati (file all.to 3 16 figure vetreria lotto 4) fate riferimento a codici AREAS non presenti nel lotto 4. potete precisare di cosa si tratta?
I codici sono 14400, 16967, 16968, 17253, 17163, 15185

Risposta: considerata la numerosità dei quesiti pervenuti e la necessità di effettuare degli approfondimenti, la stazione appaltante si riserva di annullare in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90, il lotto di gara n. 4.

Quesito n. 11 del 29/04/2026 - RICHIESTA CHIARIMENTI - lotto 8

Quesito si richiedono i seguenti chiarimenti per il lotto 8:

Riga 15 - Areas 16117 - Fiala attiva codice N9307001 o equivalente, chiediamo di verificare/confermare il quantitativo richiesto di 320 pz pari a 32cf (se offerte da 10pz come da codice richiesto).

Risposta: la stazione appaltante prende atto dell'errore materiale sul fabbisogno indicato e quanto prima provvederà alla rettifica mediante pubblicazione di ulteriore Comunicato di contestuale proroga del termine di ricevimento delle offerte.

Quesito n. 12 del 29/04/2026 - RICHIESTA GENERALE

Quesito Siamo a richiedere la proroga della scadenza della procedura in questione

Risposta: la stazione appaltante si riserva di pubblicare ulteriore Comunicato di proroga del termine di ricevimento delle offerte.

Quesito n. 13 del 29/04/2026 - RICHIESTA CHIARIMENTI - lotto 9

Quesito si richiedono i seguenti chiarimenti per il lotto 9:

- POS. 9391 – In riferimento alla posizione in oggetto, accettereste un volume della fiala pari a 1,1 mL?

Risposta: si conferma quanto descritto al paragrafo 16, comma 2, lettera a) del disciplinare la “confezione offerta” (colonna G), l’indicazione della “marca” (colonna J), il “codice articolo” offerto (colonna K), tenendo conto che le confezioni riportate nella colonna “confezione richiesta” (colonna F), se presenti a catalogo dell’offerente, devono essere offerte. Qualora non presenti a catalogo, potranno essere offerte confezioni superiori al massimo del 100% se non superano l’imballo massimo consentito ed il fabbisogno quadriennale richiesto (colonna E)

- POS. 12995 –In riferimento alla posizione in oggetto, il volume della fiala deve essere pari a 3 mL?

Risposta: si precisa che la confezione richiesta è da intendersi costituita da n. 3 fiale da 1mL per totali 3 mL

- POS. 14067 - In riferimento alla posizione in oggetto, accettereste un volume della fiala pari a 1 mL? Il codice indicato come riferimento ha un volume pari a 1 mL.

Risposta: si conferma la possibilità di offrire una fiala con volume pari a 1 mL

- POS. 14155 – In riferimento alla posizione indicata in oggetto, il solvente della soluzione singola di Glyphosate (CAS: 1071-83-6) può essere 100% Acqua?

Risposta: i metodi di prova adottati dai Laboratori ARPAV di norma stabiliscono la

concentrazione dello standard e il solvente in esso contenuto pertanto si conferma la descrizione prodotto riportata nel Modello Dettaglio offerta economica

- POS. 15028 – In riferimento alla posizione indicata in oggetto, per l'analita DESETHYL DESISOPROPYL ATRAZINE (13C3 99%), accettereste come solvente il Metanolo e un volume di fiala pari a 1 mL?

Risposta: i metodi di prova adottati dai Laboratori ARPAV di norma stabiliscono la concentrazione dello standard e il solvente in esso contenuto pertanto si conferma la descrizione del sovente riportata nel Modello Dettaglio offerta economica. Si conferma la possibilità di offrire un volume pari a 1 mL

- POS 15029 – In riferimento alla posizione indicata in oggetto, per l'analita BETAENDOSULFAN D4, accettereste una soluzione a 100 ppm in ACETONITRILE in fiala da 1 mL?

Risposta: si conferma la possibilità di offrire una fiala con volume pari a 1 mL

- POS 15611 – In riferimento alla posizione indicata in oggetto, accettereste un volume di fiala pari a 1 mL come il codice indicato come riferimento?

Risposta: si conferma la possibilità di offrire una fiala con volume pari a 1 mL

- POS 15623 e POS 15625 – In riferimento alle posizioni indicate in oggetto, potreste indicare i CAS dei composti a cui siete interessati?

Risposta: si precisa quanto segue:

15623 CAS 5424-25-9

15625 CAS 17582-53-5

- POS 16156 – In riferimento alla posizione in oggetto, accettereste una confezione pari a 100 mg o in alternativa 10 mg?

Risposta: è consentito il confezionamento da 10 mg ma non quello da 100 mg in quanto, come previsto dal paragrafo 16, comma 2, lettera a) del disciplinare: *la "confezione offerta" (colonna G), l'indicazione della "marca" (colonna J), il "codice articolo" offerto (colonna K), tenendo conto che le confezioni riportate nella colonna "confezione richiesta" (colonna F), se presenti a catalogo dell'offerente, devono essere offerte. Qualora non presenti a catalogo, potranno essere offerte confezioni superiori al massimo del 100% se non superano l'imballo massimo consentito ed il fabbisogno quadriennale richiesto (colonna E)*

- POS 16328 – In riferimento alla posizione in oggetto, accettereste una confezione pari a 50 mg anziché due da mg 25?

Risposta: è consentito il confezionamento da 50 mg in quanto, come previsto al paragrafo 16, comma 2, lettera a) del disciplinare: *la "confezione offerta" (colonna G), l'indicazione della "marca" (colonna J), il "codice articolo" offerto (colonna K), tenendo conto che le confezioni riportate nella colonna "confezione richiesta" (colonna F), se presenti a catalogo dell'offerente, devono essere offerte. Qualora non presenti a catalogo, potranno essere offerte confezioni superiori al massimo del 100% se non superano l'imballo massimo consentito ed il fabbisogno*

quadriennale richiesto (colonna E)

- POS 17083 e POS 17084 – In riferimento alle posizioni in oggetto, accettereste come solvente Acetonitrile e come volume di fiala 1 mL?

Risposta: i metodi di prova adottati dai Laboratori ARPAV di norma stabiliscono la concentrazione dello standard e il solvente in esso contenuto pertanto si conferma la descrizione del sovente riportata nel Modello Dettaglio offerta economica. Si conferma la possibilità di offrire un volume pari a 1 mL

- POS 17264 – In riferimento alla posizione in oggetto, accettereste l'offerta per una sola confezione da mg 100?

Risposta: è consentito il confezionamento da 100 mg in quanto, come previsto al paragrafo 16, comma 2, lettera a) del disciplinare: *la "confezione offerta" (colonna G), l'indicazione della "marca" (colonna J), il "codice articolo" offerto (colonna K), tenendo conto che le confezioni riportate nella colonna "confezione richiesta" (colonna F), se presenti a catalogo dell'offerente, devono essere offerte. Qualora non presenti a catalogo, potranno essere offerte confezioni superiori al massimo del 100% se non superano l'imballo massimo consentito ed il fabbisogno quadriennale richiesto (colonna E)*

- Richiesta chiarimenti volume fiale LOTTO 9 - In riferimento alle soluzioni singole richieste per il LOTTO 9, accettereste un volume della fiala pari ESATTAMENTE a 1 mL?

Risposta: si conferma la possibilità di offrire un volume pari a 1 mL nel caso in cui nella colonna confezione richiesta (F) del modulo dettaglio offerta economica sia indicato un volume pari a 1,1 mL

- POS 17935 – In riferimento alla posizione in oggetto, accettereste una soluzione in Acqua piuttosto che in Metanolo?

Risposta: i metodi di prova adottati dai Laboratori ARPAV di norma stabiliscono la concentrazione dello standard e il solvente in esso contenuto pertanto si conferma la descrizione del sovente riportata nel Modello Dettaglio offerta economica. Si conferma la possibilità di offrire un volume pari a 1 mL

- POS 18607 – In riferimento alla posizione in oggetto accettereste una sola confezione da 50 mg?

Risposta: è consentito il confezionamento da 50 mg, in quanto, come previsto al paragrafo 16, comma 2, lettera a) del disciplinare: *la "confezione offerta" (colonna G), l'indicazione della "marca" (colonna J), il "codice articolo" offerto (colonna K), tenendo conto che le confezioni riportate nella colonna "confezione richiesta" (colonna F), se presenti a catalogo dell'offerente, devono essere offerte. Qualora non presenti a catalogo, potranno essere offerte confezioni superiori al massimo del 100% se non superano l'imballo massimo consentito ed il fabbisogno quadriennale richiesto (colonna E)*

- Quesito generale solventi LOTTO 9 - con la presente si richiede un chiarimento in merito a quanto previsto per il Lotto 9. In particolare, si domanda se i solventi indicati per le soluzioni singole possano

essere sostituiti con altri solventi equivalenti, disponibili sul mercato, purché perfettamente miscibili con quelli specificati nella documentazione di gara.

Risposta: non è consentito in quanto i metodi di prova adottati dai Laboratori ARPAV, di norma, stabiliscono le concentrazioni degli standard e dei solventi in esso contenuti, pertanto si confermano le descrizioni dei prodotti riportate nel Modello Dettaglio offerta economica

- POS 22067 – In riferimento alla posizione indicata in oggetto, si richiedono maggiori informazioni per quanto riguarda concentrazione e solvente richiesti.

Risposta: si precisa solvente puro certificato ISO 17034 con purezza almeno del 99%

- POS 22904 – In riferimento alla posizione in oggetto si chiede Vs. conferma sul formato richiesto pari a 1,1 g. Trattasi di un formato non reperibile sul mercato.

Risposta: si conferma quanto previsto al paragrafo 16, comma 2, lettera a) del disciplinare: *la “confezione offerta” (colonna G), l’indicazione della “marca” (colonna J), il “codice articolo” offerto (colonna K), tenendo conto che le confezioni riportate nella colonna “confezione richiesta” (colonna F), se presenti a catalogo dell’offerente, devono essere offerte. Qualora non presenti a catalogo, potranno essere offerte confezioni superiori al massimo del 100% se non superano l’imballo massimo consentito ed il fabbisogno quadriennale richiesto (colonna E)*

- POS 25373 – In riferimento all’analita Oxytetracycline (CAS 79-57-2) accettereste la forma salina (HCl) con CAS: 2058-46-0?

Risposta: si conferma la descrizione prodotto riportata nel Modello Dettaglio offerta economica

Quesito n. 14 del 29/04/2026 - RICHIESTA GENERALE

Quesito E' possibile partecipare anche senza il 100% delle righe richieste?

Risposta: E' necessario che la fornitura sia completa, in quanto, come previsto al paragrafo 20, lett. b) del Disciplinare di gara, l’Offerta è esclusa in caso di “presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse”.

Quesito n. 15 del 29/04/2026 - RICHIESTA LOTTO NON SPECIFICATO

Quesito avremo dei chiarimenti da fare, per ogni prodotto con alcune difformità rispetto alle vostre richieste (es. certificazione, concentrazione, solvente, confezionamento, ecc..) dato che

il file excel è bloccato in tutte le celle tranne quelle in cui il fornitore può scrivere, pensavamo di informarvi di ogni differenza nella cella adibita al codice prodotto. Comunque nell'inserimento dell'offerta proveremo ad allegare tutte le schede tecniche in modo da potervi favorire la consultazione tecnica.

Risposta: Per quanto concerne la certificazione, la concentrazione, il solvente ed il confezionamento, si rimanda alle risposte dei quesiti precedenti. Non sono comunque consentite le modifiche al Modello dettaglio offerta economica nei termini prospettati dal vostro quesito.

Quesito n. 16 del 29/04/2026 - RICHIESTA GENERALE

Quesito con la presente per richiedere delucidazioni sulla fornitura del singolo lotto, la fornitura deve essere necessariamente del 100% dei prodotti o c'è una percentuale minima di prodotti da offrire?

Risposta: E' necessario che la fornitura sia completa, in quanto, come previsto al paragrafo 20, lett. b) del Disciplinare di gara, l'Offerta è esclusa in caso di "presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse".

Quesito n. 17 del 29/04/2026 - RICHIESTA CHIARIMENTI - lotto 10

Quesito si richiede il seguente chiarimento per il lotto 10:
Posizione 15 (ARPAV rif 16754): al fine di arrivare al corretto totale 100 si chiede se sia possibile modificare i componenti da 10,34% a 10,333% per la precisione etanolo, etilacetato, tetracloroetilene.

Risposta: Si precisa la concentrazione pari a 10,34% di etanolo e la concentrazione di 10,33 % per etilacetato e tetracloroetilene.

Quesito n. 18 del 29/04/2026 - RICHIESTA CHIARIMENTI - lotto 4

Quesito si richiedono i seguenti chiarimenti per il lotto 4:

- **Rif. 51)** Chiediamo il n° di bisturi?
- **Rif. 65)** In seguito ad una verifica comunichiamo che il confezionamento corretto è 182 pezzi e non 192 pezzi come da Voi indicato, potete modificare il file "Allegato 9" dettaglio offerta economica Lotto 4
- **Rif. 66)** In seguito ad una verifica comunichiamo che il confezionamento corretto è 960 pezzi e non 200 pezzi come da Voi indicato, potete

modificare il file potete modificare il file “Allegato 9” dettaglio offerta economica Lotto 4

- **Rif. 103-104)** Viene chiesto materiale PS è possibile proporre anche il polipropilene se trasparente?
- **Rif. 107)** Accettate provette 13x150?
- **Rif. 111)** Intendete 1-10 ul?
- **Rif. 129)** È possibile proporre un puntale TIPO GILSON?
- **Rif. 137)** Devono essere in confezione singola?
- **Rif. 191)** Non è chiara la quantità totale di provette da offrire... 30 confezioni da 500 provette? Il confezionamento e l'imballo indicati sono corretti? Confezioni da 1 provetta / imballo da 3?
- **Rif. 192)** Il confezionamento e l'imballo indicati sono corretti? Confezioni da 1 provetta / imballo da 5?

Anche per tali posizioni chiediamo di rettificare l'allegato Excel

- **Rif. 201)** Il diametro del mortaio?
- **Rif. 203)** Il diametro del pestello?
- **Rif. 212)** Le confezioni sono da 50 pezzi, l'indicazione “1” è un refuso? In caso positivo potete modificare il file “Allegato All to 9 4 Mod Dett Off Econ ca Lotto 4” onde predisporre l'offerta corretta.
- **Rif. 236)** Il codice 4445 è uscito di produzione, è stato sostituito dal codice 3745 il quale confezionamento è 10x96, potete aggiornare il file con il confezionamento corretto?
- **Rif. 237)** Viene ritenuto conforme anche il materiale PP se trasparente?
- **Rif. 242)** Per quale tipo di pipette?
- **Rif. 257)** Solitamente il colore è blu, possiamo ritenere il bianco un refuso?
- Inoltre chiediamo delucidazioni su come predisporre l'offerta per le posizioni dove l'unità di misura è “cf”, in quanto il fabbisogno è espresso in pezzi nella descrizione non riportate il confezionamento e le quantità inserite nella colonna “confezione richiesta” sono divisibili per il fabbisogno pertanto non è chiara la quantità da offrire per tali righe, ad esempio RIF. 76 è da intendersi 1320 confezioni da 220 pezzi o 1320 pezzi totali (come per le posizioni ove l'unità di misura è pz o nr)... come per le posizioni RIF. 109, 155, 158, 195, 196, 200, 207, 210, 228, 233, 236, 237, dalla 241 alla 246.
- Infine consigliamo di apportare le eventuali modifiche anche nel dettaglio offerta onde favorire la corretta compilazione da parte degli operatori economici.

Risposta: considerata la numerosità dei quesiti pervenuti e la necessità di effettuare degli approfondimenti, la stazione appaltante si riserva di annullare in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90, il lotto di gara n. 4.

La Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Dr.ssa Carla Albergoni

