

Linea strumentale Gascromatografo

- ☐ Verifica se il luogo di lavoro è accettabile
- ☐ Verifica se vi sono danni visivi (se sì, descrivere quali)
- ☐ Verifica se la temperatura ambiente è conforme
- ☐ Verifica dei filtri delle linee dei gas

MANUTENZIONE PREVENTIVA GENERALE DELLO STRUMENTO

- ☐ Pulizia dell'interno e l'esterno dello strumento
- ☐ Pulizia di tutte le ventole e i filtri
- ☐ Verifica dei dispositivi di connessione alla rete elettrica
- ☐ Controllo della tensione di alimentazione
- ☐ Verifica dei collegamenti elettrici/pneumatici fra i moduli
- ☐ Verifica dell'assenza di perdite
- ☐ Sostituzione filtri setaccio molecolare linee gas (filtri tripli)

MANUTENZIONE PREVENTIVA E VERIFICA FUNZIONALE RELATIVA AI SINGOLI MODULI

Modulo Gascromatografo

Forno

- ☐ Misura dell'esattezza della temperatura impostata

Iniettore

- ☐ Sostituzione setto
- ☐ Sostituzione lana di vetro
- ☐ Controllo integrità e pulizia del liner
- ☐ Controllo degli o-ring
- ☐ Sostituzione charcoal trap-split
- ☐ Controllo di tenuta pneumatica
- ☐ Controllo del flusso di splittaggio elettronico
- ☐ Controllo del flusso di splittaggio manuale
- ☐ Controllo della temperatura

Modulo Autocampionatore

Manutenzione

- ☐ Pulizia e lubrificazione di tutte le parti meccaniche in movimento (sostituzione se necessario)
- ☐ Pulizia dei sensori ottici
- ☐ Verifica dell'allineamento dei movimenti meccanici
- ☐ Verifica della siringhe e dell'ago (sostituzione se necessario)
- ☐ Verifica delle guarnizioni (sostituzione se necessario)
- ☐ Verifica dell'impaccamento/pulizia della trappola (sostituzione se necessario)
- ☐ Verifica dei flussi
- ☐ Verifica delle tenute pneumatiche
- ☐ Verifica del raggiungimento delle temperature impostate
- ☐ Registrazione valore del contatore delle iniezioni

Modulo Rivelatore di Massa

Manutenzione

- ☐ Verifica dell'olio della pompa meccanica (sostituzione se necessario)
- ☐ Verifica dei setacci filtro di allumina (sostituzione se necessario)
- ☐ Verifica olio della pompa diffusiva (sostituzione se necessario)
- ☐ Verifica del livello standard di taratura (ripristino se necessario)
- ☐ Pulizia della sorgente ionica
- ☐ Pulizia dell'analizzatore e delle guarnizioni
- ☐ Controllo dei filamenti (sostituzione se necessario)
- ☐ Controllo del raggiungimento delle temperature impostate
- ☐ Verifica dei parametri di autotune/calibrazione
- ☐ Verifica della tensione del moltiplicatore (sostituzione se necessario)
- ☐ Verifica del livello di Aria/Acqua nel rivelatore

- ☐ Verifica della calibrazione delle masse 69.0, 131.0, 219.0, 502.0.

Verifica funzionale

- ☐ Verifica funzionale tramite iniezione materiale di riferimento
- ☐ Prove di ripetibilità di iniezione

VERIFICA FUNZIONALE FINALE DEL SISTEMA

- ☐ Verifica finale del sistema operando secondo criteri e modalità previste da un metodo di prova individuato dal Responsabile del laboratorio o da persona da lui delegata