

Manutenzione preventiva su PRODUTTORE DI GAS “H”, “N” E “ALTRI GAS”

Lista Operazioni

Controllo funzionamento luci, indicatori, spie luminose, display e similari

Pulizia apparecchiatura

Prova di funzionamento

Controllo funzionamento allarmi

Controllo accessibilità interruttore/pulsante d'emergenza

Lubrificazione delle parti mobili

Controllo integrità dell'involucro dell'apparecchiatura

Autotest diagnostico/autocalibrazione dell'apparecchiatura

Controllo funzionamento ventola e pulizia filtro dell'alimentatore

Controllo integrità e tenuta porta, sportelli, coperchi

Controllo integrità parti in gomma

Controllo integrità attacchi, raccordi e connessioni

Controllo integrità filtri

Controllo stabilità meccanica dell'apparecchiatura

Controllo integrità targa ed etichettatura

Controllo integrità cordone di alimentazione, spina di alimentazione, eventuali prese elettriche ausiliarie e messa a terra

Controllo funzionamento comandi diretti di attivazione e regolazione

Controllo integrità supporti

Controllo fusibili

Controllo assenza ossidazioni e corrosioni

Controllo connettori

Note _____

ESITO MANUTENZIONE SU Produttore di gas _____