

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN OTTO LOTTI, DI SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE PER ANALISI AMBIENTALI DI ALTA TECNOLOGIA

Risposte a quesiti di interesse generale pubblicate il 08/08/2025

COMUNICATO n. 3

Quesito n. 18 del 07/08/2025

Domanda

In riferimento alle note pubblicate, si richiedono ulteriori chiarimenti per le risposte ai quesiti 7 e 8 del Comunicato n.1 del 06/08/2025, segnalando che i seguenti sistemi saranno considerati obsoleti secondo le tempistiche di cui sotto:

- i sistemi CTC HTS dal 2026
- i sistemi LC20 e LC30 dal 2027
- il sistema QTRAP6500 (non plus) dal 1 gennaio 2029

Si chiede, quindi, la possibilità di interrompere per cause di forza maggiore (mancata reperibilità del materiale) i contratti per i sistemi sopra elencati poiché, agli artt. 8 e 9 del CSA non si evince tale possibilità ed è necessario un vostro chiaro ed inequivocabile riscontro in merito.

Risposta: Il Capitolato speciale, all’art.1, stabilisce che la durata del contratto è di 48 mesi con una eventuale proroga di 24 mesi.

Durante la vigenza contrattuale ARPAV può richiedere incrementi o decrementi dei servizi entro il limite del $\pm 30\%$, alle medesime condizioni economiche pattuite, ex art. 2 del Capitolato speciale.

Le attività di manutenzione preventiva e correttiva sono definite negli artt. 8 (MANUTENZIONE CORRETTIVA SU GUASTO (p.to 5.1 NORMA UNI EN 13306:2018) e 10 (MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA (p.to 7.1 norma UNI 13306:2018)).

L'articolo 17 (PARTI DI RICAMBIO, MATERIALI SOGGETTI AD USURA E MATERIALI DI CONSUMO) disciplina inoltre che *“l’Aggiudicatario dovrà garantire la fornitura e la relativa manodopera per la sostituzione delle parti di ricambio e dei materiali di consumo..”*. In caso di apparecchiature obsolete i cui ricambi sono fuori produzione, *“l’Aggiudicatario potrà utilizzare parti di ricambio compatibili, purché conformi alla normativa sulla sicurezza.”* L'articolo 10 prevede anche *“A seguito delle operazioni periodiche di manutenzione programmata, l’Aggiudicatario dovrà redigere, su base annuale, una relazione sullo stato generale del parco delle apparecchiature, nella quale, oltre alle eventuali annotazioni di qualsiasi natura di interesse per ARPAV, potrà presentare delle proposte motivate di dismissione di apparecchiature ritenute obsolete o per le quali non sia più possibile garantire l’eventuale riparazione.”*

Il Dirigente
U.O. Acquisti di Beni, Servizi e Lavori
Dott.ssa Paola De Lazzer