

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN OTTO LOTTI, DI SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE PER ANALISI AMBIENTALI DI ALTA TECNOLOGIA**

**Risposte a quesiti di interesse generale pubblicate il 20/08/2025**

**COMUNICATO n. 4**

**Quesito n. 19 del 08/08/2025**

**Domanda**

**Lotto 3 Quesito All.to 9.3 Dettaglio offerta economica**

In riferimento al Modulo Dettaglio offerta economica alle tipologie di apparecchiature con ID 9,10,11,12,13,14,15 si segnala che la data inizio presa in carico dal 01/10/2026 non corrisponde alla effettiva garanzia delle apparecchiature in fase di consegna/collaudo. Pertanto nella colonna Importo Quadriennale complessivo non vengono tenuti conto i mesi di garanzia.

Si chiede di verificare la formula di calcolo affinché non si consideri nel computo economico la quota parte dei mesi coperti da garanzia.

**Risposta:**

Il quesito si riferisce a strumentazione in fase di consegna/collaudo come indicato nell’All.to 3.3 che entrerà nel contratto di manutenzione alla scadenza della garanzia di 1 anno. L’1/10/2026 è pertanto una data stimata.

Si conferma che il modulo di offerta economica, All.to. 9.3, è impostato correttamente con la formula riferita a 41 mesi anziché 48. Qualora la strumentazione dovesse entrare in manutenzione anticipatamente o successivamente alla data stimata, resta inteso che verrà ricalcolato il relativo canone.

**Quesito n. 20 del 08/08/2025**

**Domanda**

Nel caso in cui a seguito del sopralluogo ricognitivo, così come descritto nell’articolo 6.1 del capitolato speciale, qualora si identificassero strumentazioni obsolete, è possibile in tale frangente, mediante relazione dell’aggiudicatario prevedere una copertura condizionata dalla reperibilità del materiale?

**Risposta:**

Gli argomenti oggetto del quesito sono disciplinati nel Capitolato speciale ai seguenti artt.:

- n. 6.1 “AVVIO DEL SERVIZIO E RICOGNIZIONE INIZIALE”;
- n. 8 “MANUTENZIONE CORRETTIVA SU GUASTO (p.to 5.1 NORMA UNI E)”
- n.10 “MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA (p.to 7.1 norma UNI 13306:2018)” prevede la possibilità *per l’Aggiudicatario “..di presentare delle*

*proposte motivate di dismissione di apparecchiature ritenute obsolete o per le quali non sia più possibile garantire l'eventuale riparazione".*

- n.17 "PARTI DI RICAMBIO, MATERIALI SOGGETTI AD USURA E MATERIALI DI CONSUMO" che stabilisce che "l'Aggiudicatario dovrà garantire la fornitura e la relativa manodopera per la sostituzione delle parti di ricambio e dei materiali di consumo..." ed in caso di "apparecchiature obsolete i cui ricambi sono fuori produzione, l'Aggiudicatario può potrà utilizzare parti di ricambio compatibili alle originali purché conformi alla vigente normativa sulla sicurezza".

### **Quesito n. 21 del 12/08/2025**

#### **Domanda**

chiediamo conferma dello slittamento al 12/09/2025 del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

In merito al pagamento del contributo a favore di ANAC per il Lotto 4, si fa presente che allo stato attuale non è possibile assolvere tale tributo in quanto nel portale dell'Autorità visualizziamo la seguente comunicazione: "Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante". Chiediamo pertanto un vs. intervento al fine di consentire il pagamento richiesto.

#### **Risposta:**

Si conferma la proroga dei termini come da DDG n. 136 del 11/08/2025 pubblicata nel sito di ARPAV.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo a favore dell'ANAC si seguano le indicazioni di cui all'Art. 12 del Disciplinare.

Il Dirigente  
U.O. Acquisti di Beni, Servizi e Lavori  
Dott.ssa Paola De Lazzer