

Manutenzione preventiva su ANALIZZATORE DI FUMI

Lista Operazioni

Controllo integrità targa ed etichettatura

Pulizia apparecchiatura

Controllo funzionamento allarmi

Controllo integrità cordone di alimentazione, spina di alimentazione,
eventuali prese elettriche ausiliarie e messa a terra

Controllo integrità dell'involucro dell'apparecchiatura

Controllo assenza ossidazioni e corrosioni

Controllo stabilità meccanica dell'apparecchiatura

Controllo funzionamento luci, indicatori, spie luminose, display e similari

Controllo fusibili

Controllo connettori

Controllo funzionamento del carica batterie e/o alimentatore

Controllo funzionamento batterie

Controllo memorizzazione parametri

Controllo funzionamento ventola e pulizia filtro dell'alimentatore

Controllo funzionamento allarmi

Controllo funzionamento allarmi alta e bassa concentrazione

Autotest diagnostico/autocalibrazione dell'apparecchiatura

Controllo funzionamento comandi diretti di attivazione e regolazione

Prova di funzionamento

Note _____

ESITO MANUTENZIONE SU Analizzatore di Fumi _____