

# Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in sette lotti di strumentazione tecnico scientifica per la valutazione del rischio della filiera idropotabile e la determinazione degli inquinanti emergenti

Risposte a quesiti di interesse generale pubblicate il 11/01/2024

## COMUNICATO n. 1

### Quesito n. 1 del 08/01/2024

**Domanda:** con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativi all' Allegato 7 scheda tecnica lotto 7:

LoQ per analisi in acque destinate al consumo umano pari ad almeno 0,010 µg/L per i seguenti Antiparassitari: 2,4' DDE, 2,4' DDD, 2,4' DDT, 4,4' DDE, 4,4' DDD, 4,' DDT, Alaclor, alfa HCH, beta HCH, delta HCH, gamma HCH, Lindano, Aldrin, Dieldrin, alfa-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endrin, Eptacloro, Eptacloro epossido, Isodrin.

Il rispetto di tale specifica sarà verificato in fase di collaudo.

q. si chiede di specificare con quale tecnica di introduzione del campione.

Si chiede inoltre di confermare che per il calcolo dell'LOQ possa essere considerato il valore del Signal to noise maggiore o uguale a 10.

**Risposta:** Si conferma quanto riportato nei documenti di gara e che la tecnica di introduzione del campione sfrutta l'estrazione mediante tecnica SPME in spazio di testa/immersione.

**Domanda:** LoQ per analisi in acque destinate al consumo umano pari ad almeno 0,0025 µg/L per i seguenti Idrocarburi Policiclici Aromatici: Benzo(a)pirene, Benzo(b) fluorantene, Benzo(k) fluorantene, Benzo(ghi)perilene e Indeno(123cd) pirene. Il rispetto di tale specifica sarà verificato in fase di collaudo.

q. si chiede di specificare con quale tecnica di introduzione del campione. Si chiede inoltre di confermare che per il calcolo dell'LOQ possa essere considerato il valore del Signal to noise maggiore o uguale a 10.

**Risposta:** Si conferma quanto riportato nei documenti di gara e che la tecnica di introduzione del campione sfrutta l'estrazione mediante tecnica SPME in spazio di testa/immersione.

**Domanda:** Predisposizione di un supporto idoneo per bancone tecnico (P90cm L180cm) su cui poggiare il sistema GC-MS-MS.

q. si chiede specificare con maggiori dettagli tale richiesta

**Risposta:** Si conferma quanto riportato nei documenti di gara.

### Quesito n. 2 del 09/01/2024

**Domanda:** Rif. Lotto 5. Si richiedono le specifiche e caratteristiche del sistema centralizzato in vostro possesso per valutare la compatibilità dello strumento offerto in gara.

Si chiede inoltre, se dovesse essere non compatibile, la possibilità di offrire un chiller esterno idoneo al corretto funzionamento dello strumento offerto.

**Risposta:** Qualsiasi offerta ritenuta compatibile con i sistemi esistenti nel laboratorio (in particolare con il raffreddamento ad acqua) sarà presa in considerazione.

### Quesito n. 3 del 09/01/2024

In merito al Lotto 7

#### Criteri di valutazione

Fornitura di database ottimizzate per il GC MS MS, direttamente importabili nel metodo di acquisizione. Sarà premiata l'offerta che presenterà il maggior numero di database.

q. si chiede di chiarire se per maggior numero di database viene inteso il numero di composti all'interno del database, o se invece il numero di database effettivi

**Risposta:** Si conferma quanto riportato nei documenti di gara ovvero il numero di database effettivi.

Il Dirigente  
U.O. Acquisti Beni e Servizi  
Dott.ssa Antonella Spolaore