

**Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in sette lotti di strumentazione tecnico scientifica per la valutazione del rischio della filiera idropotabile e la determinazione degli inquinanti emergenti**

**Risposte a quesiti di interesse generale pubblicate il 17/01/2024**

**COMUNICATO n. 2**

**Quesito n. 4 del 12/01/2024**

**Domanda:** In riferimento al lotto 3 “ Sistema di monitoraggio temperature unico e centralizzato per N.110 sonde sedi VE-TV-VR-BL-PD-RO-VI”, si richiede la possibilità di ricevere le piantine delle diverse sedi in cui verranno installate le sonde richieste, con particolare specifica della locazione delle sonde stesse; la presenza di ascensori, porte o pareti piombate e la differente collocazione ai vari piani delle sonde da installare comporteranno l’offerta di un determinato numero di ricevitori del segnale wi-fi.

**Risposta:** Trattandosi di installazione in edifici civili di natura ordinaria, non si ritiene necessario l’invio delle piantine.

**Quesito n. 5 del 16/01/2024**

si richiedono i seguenti chiarimenti relativi al LOTTO 5

1 - in merito al punto 5 della griglia punteggio tecnico del lotto 5: con *tempo di analisi* si intende comprensivo dei tempi di ritardo dovuti al campionatore o solo relativi al tempo di acquisizione dei dati analitici?

**Risposta:** con “tempo di analisi” si intende il tempo di acquisizione dei dati analitici.

2- in merito al punto 8 della griglia punteggio tecnico del lotto 5: per *minor consumo Argon* ci si riferisce al consumo totale dello strumento o del solo consumo per l’alimentazione del plasma?

**Risposta:** per “minor consumo Argon” ci si riferisce al consumo totale dello strumento.

Il Dirigente  
U.O. Acquisti Beni e Servizi  
Dott.ssa Antonella Spolaore