

Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura, in sette lotti, di materiali d'uso e prodotti di consumo di biologia e chimica da laboratorio ambientale.

Risposte a quesiti di interesse generale pubblicate il 13/05/2024

COMUNICATO n. 4

Quesito n. 6 del 08/05/2024

Rif. LOTTO 4

Domanda: La presente per chiedere:

- 1) se i kit PCR da offrire nel lotto 4 devono essere certificati o conformi ad una determinata normativa/ISO;
- 2) inoltre, il kit di estrazione deve essere compreso nel kit?

Risposta:

1) Nel capitolato si richiede che tutti i reagenti e consumabili siano compatibili con lo strumento della ditta BIORAD CFX96 Deep Well. Tuttavia, anche se non richiesto nel capitolato, è consigliabile che tutti i KIT richiesti siano stati validati secondo norme ISO o AFNOR.

2) Il Kit di estrazione non deve essere necessariamente compreso nel KIT

Il Dirigente
U.O. Acquisti Beni e Servizi
Dott.ssa Antonella Spolaore