

**PROCEDURA NEGOZIATA, IN DUE LOTTI, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA
NEL MEPA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DA LABORATORIO PER
ANALISI AMBIENTALE: RDO N. 2143138**

3° VERBALE DI GARA - seduta del 23/01/2019

La sottoscritta dott.ssa Antonella Spolaore Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, in qualità di responsabile della procedura di affidamento, a conclusione dei lavori espletati in data odierna con la collaboratrice dell'ufficio gare beni e servizi sanitari dott.ssa Carla Albergoni, fa constatare con il presente verbale quanto segue:

- in esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n. 36 del 19/11/2018, è stata predisposta una procedura negoziata in due lotti mediante richiesta di offerta nel MEPA (RDO n. 2143138) per l'acquisto di apparecchiature da laboratorio per analisi ambientale, così suddivisa:
 - Lotto n. 1 - Fornitura di n. 1 Scintillatore liquido per analisi di radioattività in matrici ambientali - CIG 770390792A;
 - Lotto n. 2 - Fornitura di n. 2 Sistemi automatici di estrazione in fase solida (SPE) - CIG 77040005EA;
- in data 20/12/2018 e 21/12/2018 venivano effettuati i lavori relativi all'esame della documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla gara in oggetto, a seguito dei quali veniva adottata la Determina n. 258 del 31/12/2018 con la quale venivano ammesse alle successive fasi di gara le ditte:
 1. Perkin Elmer Italia S.p.A di Milano, per il lotto n. 1;
 2. Gilson Italia S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI), per il lotto n. 2;
 3. Thermo Fisher Scientific S.p.A di Rodano (MI), per il lotto n. 2;
- in data 07/01/2019 sono proseguiti nel MePA i lavori di apertura delle buste di offerta tecnica di ciascuna ditta ammessa, e si è proceduto alla loro trasmissione al RUP per le necessarie verifiche dei requisiti tecnici delle apparecchiature proposte rispetto a quelli minimi indicati nel Disciplinare e la redazione dei verbali di conformità;
- in data 08/01/2019 e 17/01/2019 sono pervenuti all'Ufficio gare beni e servizi sanitari i due Verbali di Conformità Tecnica, dai quali risulta che le ditte Perkin Elmer Italia S.p.A e Thermo Fisher Scientific S.p.A, ciascuno per il proprio lotto partecipato, hanno proposto offerta tecnica giudicata "conforme" rispetto alle caratteristiche richieste per la strumentazione, mentre l'offerta tecnica proposta dalla ditta Gilson Italia S.r.l. per il lotto n. 2, è risultata "non conforme" per le motivazioni di cui all'allegato Verbale di conformità;
- in data 22/01/2018, è stata comunicata mediante utilizzo della funzione "Comunicazioni con il fornitore" del MEPA, alla ditta Gilson Italia, la non conformità dell'apparecchiatura proposta rispetto alle caratteristiche richieste dal Disciplinare e trasmesso il Verbale di conformità tecnica;
- in data 23/01/2019 alle ore 9,00, preso atto delle risultanze dei Verbali di Conformità si è proceduto quindi all'apertura delle "buste economiche" prendendo atto dei prezzi complessivi offerti, per ciascun lotto, che risultano tutti inferiori a quelli fissati a base di gara, così come riportato nelle tabelle sottostanti:

Lotto n. 1	Fornitura di n. 1 Scintillatore liquido per analisi di radioattività in matrici ambientali	
DITTA	Base d'asta	Offerta economica
Perkin Elmer Italia S.p.A	€ 110.000,00	€ 109.995,70

Lotto n. 2	Fornitura di n. 2 Sistemi automatici di estrazione in fase solida (SPE)	
DITTA	Base d'asta	Offerta economica
Thermo Fisher Scientific S.p.A	€ 65.550,00	€ 65.320,56

Risultate entrambe valide le offerte proposte dalle ditte:

- Perkin Elmer Italia S.p.A. di Milano (MI) per il lotto n. 1 - Fornitura di n. 1 Scintillatore liquido per analisi di radioattività in matrici ambientali;
 - Thermo Fisher Scientific S.p.A di Rodano (MI) per il lotto n. 2 - Fornitura di n. 2 Sistemi automatici di estrazione in fase solida (SPE),
- si propone l'aggiudicazione come sopra riportato.

Si allegano al presente verbale, n. 2 "Verbali di Conformità Tecnica".

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova, 23/01/2019

Dott.ssa Antonella Spolaore

.....
Antonella Spolaore

Dr.ssa Carla Albergoni

.....
Carla Albergoni

SERVIZIO LABORATORIO VENETO OVEST

RDO n. 2143138

per la fornitura, in due lotti di apparecchiature da laboratorio per analisi ambientale. Lotto 1
– n.1 Scintillatore liquido per analisi di radioattività in matrici ambientali.

CIG 770390792A

VERBALE DI CONFORMITA' TECNICA

Il sottoscritto dr Flavio Trotti, Dirigente del Servizio Osservatorio Agenti Fisici incaricato dalla RUP Dr.ssa Francesca Daprà, Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori con nota del 07/01/2019, in qualità di tecnico esperto per la verifica di conformità delle offerte tecniche presentate alla RDO in oggetto, riferisce quanto segue:

vista la necessità di procedere all'acquisto dell'apparecchiatura in intestazione, il Servizio Acquisizione Beni Servizi e Lavori ha proceduto all'esperimento di una RDO nel MEPA mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, a seguito della quale sono pervenute le seguenti offerte:

– PerkinElmer di Milano;

per la quale si procede alla verifica di conformità.

Dall'esame della documentazione tecnica prodotta dalla ditta partecipante, in relazione a quanto prescritto nell'oggetto, e alle caratteristiche tecniche minime richieste dal Disciplinare, è emerso quanto segue:

Ditte	Conformità tecnica alle specifiche richieste
Ditta PerkinElmer	Conforme: sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalle caratteristiche tecniche riportate nel Disciplinare.

Dalla verifica delle offerte tecniche si dichiara la CONFORMITA' dell'offerta presentata dalla ditta PerkinElmer di Milano.

Padova, 08/01/2019

Dr. Flavio Trotti



SERVIZIO/LABORATORIO Veneto EST

RDO n. 2143138

per la fornitura di n.2

SISTEMI AUTOMATICI DI ESTRAZIONE IN FASE SOLIDA

CIG 77040005EA

VERBALE DI CONFORMITA' TECNICA

Il sottoscritto dr Gianni Formenton, Dirigente del Servizio Analisi Specialistiche incaricato dal RUP Dr.ssa Francesca Daprà, Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori, con email del 16/01/2019, in qualità di tecnico esperto per la verifica di conformità delle offerte tecniche presentate alla RDO in oggetto, riferisce quanto segue:

vista la necessità di procedere all'acquisto dell'apparecchiatura in intestazione, il Servizio Acquisizione Beni Servizi e Lavori ha proceduto all'esperimento di una RDO nel MEPA mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, a seguito della quale sono pervenute le seguenti offerte:

- Autotrace 280 di ThermoFisher Scientific;
- Verity/8 SPE di Gilson Italia S.r.l.;

per la quale si procede alla verifica di conformità.

Dall'esame della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti, in relazione a quanto prescritto nell'oggetto, e alle caratteristiche tecniche minime richieste dal Disciplinare, è emerso quanto segue:

Ditte	Conformità tecnica alle specifiche richieste
Ditta Thermo Fisher Scientific	Conforme: sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalle caratteristiche tecniche riportate nel Disciplinare.
Ditta Gilson Italia S.r.l	Non Conforme: - non dichiara esplicitamente che tutte le funzioni sono gestite da software. - All'art 2 Specifiche Tecniche punto A)1 è richiesto che: "il Volume processabile: almeno fino a 2 litri con sistema automatizzato di caricamento del campione a volume variabile da almeno 100 ml (o volume

	inferiore) fino ad almeno 2000 ml", la ditta Gilson scrive in nota alla risposta a questo punto che: "l'operatore posizionerà sullo strumento bottiglie o altri recipienti contenente l'esatto volume di campione richiesto dalla metodica", da ciò si deduce che il sistema non presenta un caricamento automatizzato a volume variabile.
--	---

Dalla verifica delle offerte tecniche si dichiara:

- la **CONFORMITA'** dell'offerta presentata dalla ditta Thermo Fisher Scientifica
- la **NON CONFORMITA'** dell'offerta presentata dalla ditta Gilson Italia S.r.l

Padova, 17/01/2019

Dr. Gianni Formenton

