

Allegato 8.4 - Rischi specifici connessi ai servizi di manutenzione: rete qualità dell'aria

Rischio	Lesioni per caduta o scivolamento in caso di salita sul tetto ed accesso alla strumentazione in quota
Misure di Prevenzione	- Utilizzare esclusivamente scale a norma di legge, marcate CE e rispondenti alla norma UNI EN131 - Agganciare la scala come previsto dalle norme di legge - Utilizzare dispositivi o sistemi anticaduta e personale formato per lavori in quota
Rischio	Lesioni per incendio
Misure di Prevenzione	- Non chiudere la porta della stazione ove non presente il maniglione antipanico - Utilizzare esclusivamente apparecchiature elettriche a norma e marcate CE - Verificare la regolare manutenzione di impianti ed estintori - Utilizzare in caso di necessità gli estintori - Evacuare subito il locale e portarsi in luogo sicuro
Rischio	Urti del capo
Misure di Prevenzione	- prestare attenzione alla presenza di parti sporgenti (condizionatori e staffe) - tenere in dotazione a bordo auto gli elmetti di protezione ed usarli in presenza di parti sporgenti
Rischio	Elettrocuzione
Misure di Prevenzione	- Non effettuare modifiche sull'impianto elettrico se non autorizzati o abilitati - Utilizzare esclusivamente apparecchiature elettriche a norma - Non effettuare lavori sotto tensione se non formati (corso sulla norma CEI 11/27 per la qualifica di PES/PAV) e se non abilitati dal datore di lavoro - Verificare periodicamente il buon funzionamento degli interruttori differenziali
Rischio	Sostanze o preparati chimici pericolosi