

Manutenzione preventiva su ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO

Lista Operazioni

Controllo funzionamento allarmi

Controllo stabilità meccanica dell'apparecchiatura

Controllo integrità targa ed etichettatura

Controllo funzionamento allarmi alta e bassa concentrazione

Controllo funzionamento luci, indicatori, spie luminose, display e similari

Controllo funzionamento ventola e pulizia filtro dell'alimentatore

Controllo integrità cordone di alimentazione, spina di alimentazione,
eventuali prese elettriche ausiliarie e messa a terra

Controllo integrità dell'involucro dell'apparecchiatura

Controllo funzionamento comandi diretti di attivazione e regolazione

Controllo fusibili

Pulizia apparecchiatura

Controllo funzionamento batterie

Controllo assenza ossidazioni e corrosioni

Controllo rumorosità

Controllo connettori

Autotest diagnostico/autocalibrazione dell'apparecchiatura

Controllo memorizzazione parametri

Controllo selettore tensione di rete.

Prove di trasmissione / ricezione

Prova di funzionamento

Calibrare l'apparecchiatura in accordo a quanto riportato nel manuale tecnico

Note _____

ESITO MANUTENZIONE SU Analizzatore Multiparametrico _____