

# Manutenzione preventiva su MUFFOLA

## Lista Operazioni

Controllo funzionamento allarmi

Controllo del timer/contaore/temporizzatore

Controllo elemento riscaldante o gruppo radiante

Controllo stabilità meccanica dell'apparecchiatura

Controllo temperatura / termometro

Controllo temperatura / termostato

Controllo ventilatori interni di circolazione aria

Controllo flusso (aria, gas o fluidi)

Controllo integrità targa ed etichettatura

Controllo funzionamento luci, indicatori, spie luminose, display e similari

Controllo integrità cordone di alimentazione, spina di alimentazione, eventuali prese elettriche ausiliarie e messa a terra

Controllo integrità dell'involucro dell'apparecchiatura

Controllo integrità e tenuta porta, sportelli, coperchi

Controllo funzionamento comandi diretti di attivazione e regolazione

Controllo integrità parti in gomma

Controllo integrità supporti

Controllo fusibili

Controllo accessori (se disponibili)

Controllo sistema di controllo della temperatura

Pulizia apparecchiatura

Pulizia elemento riscaldante

Controllo integrità filtri

Controllo guaine, guarnizioni, membrane o parti di tenuta

Prova di funzionamento

Note \_\_\_\_\_

ESITO MANUTENZIONE SU Muffola \_\_\_\_\_