

Manutenzione preventiva su SISTEMA PRODUZIONE ACQUA DEIONIZZATA

Lista Operazioni

Controllo integrità targa ed etichettatura

Pulizia apparecchiatura

Controllo integrità dell'involucro dell'apparecchiatura

Controllo funzionamento comandi diretti di attivazione e regolazione

Controllo guaine, guarnizioni, membrane o parti di tenuta

Controllo stabilità meccanica dell'apparecchiatura

Controllo funzionamento luci, indicatori, spie luminose, display e similari

Controllo integrità parti in gomma

Controllo integrità attacchi, raccordi e connessioni

Controllo integrità valvole

Controllo usura parti meccaniche

Controllo tubi

Controllo integrità filtri

Controllo circuito di scarico

Controllo tenuta al versamento liquidi

Controllo ricircolo acqua

Controllo circuito liquido o/e gas, sensori livello, flusso, contenitori, scarichi.

Controllo allarmi filtri

Prova di funzionamento

Sostituzione del filtro finale da 0,2 micron (solo per Arium 611 UV e DI - Sartorius)

Controllo qualità acqua prodotta con strumentazione del laboratorio

Note _____

ESITO MANUTENZIONE SU Produzione H₂O deionizzata _____