

# Manutenzione preventiva su ARMADIO ASPIRATO

## Lista Operazioni

Controllo stabilità meccanica dell'apparecchiatura

Controllo fissaggio e tenuta collari delle tubazioni di aspirazione

Controllo integrità targa ed etichettatura

Controllo integrità cordone di alimentazione, spina di alimentazione,  
eventuali prese elettriche ausiliarie e messa a terra

Controllo integrità dell'involucro dell'apparecchiatura

Controllo integrità e tenuta porta, sportelli, coperchi

Controllo funzionamento comandi diretti di attivazione e regolazione

Controllo integrità supporti

Controllo fusibili

Pulizia apparecchiatura

Controllo integrità filtri

Controllo connettori

Prova di funzionamento

Controllo motore

**Note** \_\_\_\_\_

**ESITO MANUTENZIONE SU Armadio Aspirato** \_\_\_\_\_