

Manutenzione preventiva su DOSIMETRO PER RADIAZIONI IONIZZANTI

Lista Operazioni

Controllo accessori (se disponibili)

Controllo funzionamento batterie .

Controllo funzionamento comandi diretti di attivazione e regolazione

Controllo funzionamento del caricabatterie o alimentatore

Controllo funzionamento luci, indicatori, spie luminose, display e similari

Controllo integrità targa ed etichettatura

Controllo integrità cordone di alimentazione, spina di alimentazione, eventuali prese elettriche ausiliarie e messa a terra

Controllo integrità dell'involucro dell'apparecchiatura

Controllo stabilità meccanica dell'apparecchiatura

Prova di funzionamento

Pulizia apparecchiatura

Note _____

ESITO MANUTENZIONE SU Dosimetro per radiazioni ionizzanti _____