

Manutenzione preventiva su FLUSSIMETRO PER GAS

Lista Operazioni

Controllo installazione

Controllo assenza di surriscaldamento

Controllo stabilità meccanica dell'apparecchiatura

Controllo impianto pneumatico o idraulico

Controllo flusso (aria, gas o fluidi)

Controllo integrità targa ed etichettatura

Controllo funzionamento allarmi alta e bassa concentrazione

Controllo cavo prelievo risposta, ingresso segnale, sonda o sistema di misura

Controllo integrità cordone di alimentazione, spina di alimentazione, eventuali prese elettriche ausiliarie e messa a terra

Controllo integrità dell'involucro dell'apparecchiatura

Controllo integrità e tenuta porta, sportelli, coperchi

Controllo funzionamento comandi diretti di attivazione e regolazione³

Controllo integrità parti in gomma

Controllo integrità supporti

Controllo integrità, attacchi, raccordi e connessioni

Controllo integrità valvole

Controllo accessori (se disponibili)

Pulizia apparecchiatura

Controllo funzionamento batterie

Controllo tenuta al versamento liquidi

Controllo connettori

Autotest diagnostico/autocalibrazione dell'apparecchiatura

Controllo memorizzazione parametri

Prova di funzionamento

Note _____

ESITO MANUTENZIONE SU Flussimetro per Gas _____