

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, in diciassette lotti, di materiali d'uso e prodotti di consumo da laboratorio ambientale.

Rettifiche, chiarimenti e/o risposte a quesiti

06/12/2017

LOTTO 4

Quesito	Chiarimento
<p>Si chiede se la vetreria richiesta in vetro Pirex/Duran può essere offerta in vetro borosilicato.</p>	<p>L'indicazione PYREX/DURAN è di tipo generico ed identifica quei prodotti in vetro borosilicato utilizzabili direttamente con la fiamma e/o ad alte temperature che devono avere elevate caratteristiche qualitative quali indeformabilità, resistenza al calore e agli sbalzi termici, resistenza chimica all'ambiente acido, alcalino, alle soluzioni saline e alle reazioni di idrolisi condotte ad elevata temperatura, come descritto all'art. 5 del capitolato speciale.</p>