
	<b>Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti</b>	Pagina 1 di 2 Data: 04 settembre 2019
<b>APPALTO: Fornitura di gas tecnici, miscele e i connessi servizi di manutenzione alle reti e agli impianti di distribuzione.</b>		
RSPP Ing. M. Gardenal 	Il Commissario Straordinario Dott. R. Guolo	

## 1. Descrizione dell'Appalto

<b>Tipologia Appalto</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura <input checked="" type="checkbox"/> Servizi <input type="checkbox"/> Attività intellettuali	<input type="checkbox"/> Fornitura e posa in opera <input type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Altro
<p><b>Fornitura di gas analitici compressi e liquefatti occorrenti ai Servizi Laboratori e ai Dipartimenti Provinciali dell'Agenzia Regionale di prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).</b>  <b>Fornitura di n. 20 bombole di volume inferiore o uguale a 5 litri ed eventuale attività di collaudo di bombole di proprietà di ARPAV (indicativamente n. 20 collaudi).</b>  <b>Servizio di riordino gas, movimentazione, sostituzione e allacciamento bombole e pacchi bombole.</b>  <b>Servizi di manutenzione preventiva e straordinaria agli impianti di stoccaggio e alle reti di distribuzione dei gas situati presso le sedi dei Laboratori ARPAV di Venezia-Mestre, Treviso e Verona.</b>  <b>Gestione manutentiva degli impianti di stoccaggio costituiti da impianti di decompressione primari localizzati nel box bombole o comunque nell'area di stoccaggio dei recipienti di gas dove stazionano le bombole piene e vuote, dei sistemi di monitoraggio esaurimento bombole, delle reti di distribuzione fino ai sistemi di riduzione di 2° stadio posti all'interno dei locali laboratorio di utilizzo (comprensivo delle valvole di intercettazione) e dei serbatoi-erogatori per i prodotti liquefatti.</b></p>	
<b>Sedi</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> PD <input checked="" type="checkbox"/> VE <input checked="" type="checkbox"/> VR <input checked="" type="checkbox"/> VI <input checked="" type="checkbox"/> BL <input checked="" type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> RO	
<b>Periodo di attività presunto</b>	Da definire
<b>Orario di attività presunto</b>	Dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì
<b>Presenza di altri appaltatori</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Da definire
<b>Referente appalto</b>	

**Appalto: Fornitura di gas tecnici, miscele e i connessi servizi di manutenzione alle reti e agli impianti di distribuzione.**

## 2. Valutazione dei Rischi da interferenze

Misure di Prevenzione e Protezione	Interferenze	
	Previste in fase di indizione	Da valutare in sede di aggiudicazione
Carico, scarico e trasporto carichi pesanti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autoveicoli in transito e manovra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elettrocuzione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proiezione schegge e frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incendio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caduta dall'alto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infortunio generico (Urti, caduta e/o scivolamento, tagli..)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agenti biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rumore e Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radiazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 3. Conclusioni

Interferenze previste in fase di indizione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Interferenze da valutare in sede di aggiudicazione	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Riunione di coordinamento e cooperazione	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Costi relativi a rischi da interferenze	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>