

**Direzione Amministrativa**  
**Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori**

---

## **Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, in sette lotti, di strumentazione analitica da laboratorio comprensiva del servizio di manutenzione**

### **Lotto 5 - Chiarimenti, risposte e/o rettifiche a quesiti di interesse generale**

**28/02/2020**

**Quesito:** In riferimento al Lotto 5, nei requisiti minimi al punto 3 viene chiesta la "Compatibilità con i sistemi esistenti nel laboratorio (in particolare con il raffreddamento ad acqua)" senza però indicare il tipo di sistema presente in laboratorio. Si chiede dunque di specificare le caratteristiche del sistema già in uso od eventualmente se possibile quotare un nuovo sistema di raffreddamento idoneo al funzionamento dello strumento proposto.

**09/03/2020**

**Risposta:** In riferimento alla richiesta di chiarimento relativa alla Scheda Tecnica Lotto 5 - Requisiti generali delle apparecchiature – punto 3 "Compatibilità con i sistemi esistenti nel laboratorio (in particolare con il raffreddamento ad acqua)" si comunica che il sistema di raffreddamento attualmente in uso serve più apparecchiature, con potenza complessiva di 11 KiloWatt garantisce:

- temperatura dell'acqua tra 15 e 25 °C
- stabilità termica  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ;
- portata circa 5 litri/min per apparecchiatura
- pressione dell'acqua circa da 45 psi a 55 psi (da 3,1 a 3,8 bar circa).

Il Dirigente del  
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori  
Dott.ssa Antonella Spolaore  
(firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Antonella Spolaore

Responsabile dell'istruttoria: Dr.ssa Carla Albergoni

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV