
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, in sette lotti, di strumentazione analitica da laboratorio comprensiva del servizio di manutenzione

Lotto 4 - Chiarimenti, risposte e/o rettifiche a quesiti di interesse generale – 1 quesito del 12/03/2020

Quesito : Su Disciplinare di gara – Art. 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – Tabella lotto n. 4 – fornitura n. 2 spettrometri di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP MS) – Punto 1.6:

Si richiede, cortesemente, il seguente chiarimento tecnico: a pag. 31 del disciplinare di gara, nella tabella lotto 4 ICPMS al punto "1.6 Grado di sensibilità BEC e DL (definizione IUPAC) in modalità di collisione", chiediamo di indicare per quali elementi.

Risposta: Grado di sensibilità BEC e DL (definizione IUPAC) in modalità di collisione per Hg, PB e Cd.

Il Dirigente del
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
Dott.ssa Antonella Spolaore
(firmato digitalmente)